REGEDENT
smart regeneration

SMARTGRAFT Granules

Anorganic Bone Mineral For Dental Surgery

INSTRUCTIONS FOR USE

IFU REF

Manufacturer:
Collagen Matrix, Inc.
15 Thornton Road
Oakland, New Jersey 07436 USA

Authorized EU Representative:
MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany

Distributed by:
REGEDENT AG
Zollikerstrasse 144
CH-8008 Zürich
Switzerland
www.regedent.com

CE 2797

ENGLISH Anorganic Bone Mineral For Dental Surgery

INSTRUCTIONS FOR USE

A sterile, biocompatible anorganic porous bone mineral for use in periodontal, oral and maxillofacial surgery.

Description:
SMARTGRAFT Granules is a porous bone mineral matrix consisting predominantly of calcium phosphate. It is produced by removal of the organic components from porcine cancellous bone. *SMARTGRAFT Granules* is sterilized by gamma irradiation. The product is available in granular form, non-resorbable and for single use only.

Properties/Actions:
The anorganic bone matrix of *SMARTGRAFT Granules* has interconnecting macro- and microscopic porous structure that supports the formation and ingrowth of new bone at the implantation site. The use of *SMARTGRAFT Granules* may be considered when autogenous bone is not indicated, or insufficient in quantity to fulfill the need or when it increases the surgical procedure.

Indications for Use:
SMARTGRAFT Granules is indicated for:
– Augmentation or reconstructive treatment of the alveolar ridge.
– Filling of infrabony periodontal defects.
– Filling of defects after root resection, apicoectomy, and cystectomy.
– Filling of extraction sockets to obtained a preprosthetic alveolar ridge.
– Elevation of the maxillary sinus floor.
– Filling of periodontal defects in conjunction with products intended for Guided Tissue Regeneration (GTR) and Guided Bone Regeneration (GBR).
– Filling of periodontal defects in conjunction with products intended for Guided Bone Regeneration (GBR).

Instructions for Use:
– After exposure of the bony defect with a mucoperiosteal flap, all granulation tissue must be carefully removed.
– Mix *SMARTGRAFT Granules* with autogenous bone, osseous coagulum, patient's blood or sterile normal saline. If large maxillofacial defects are present, *SMARTGRAFT Granules* should be mixed with autogenous bone in a ratio of approximately 1:1.
– In order to assure the formation of new bone, *SMARTGRAFT Granules* should only be placed in direct contact with well vascularized bone. Cortical bone should be mechanically debrided.
– Loosely pack *SMARTGRAFT Granules* into osseous defect using a sterile instrument.
– Use of excessive force or compression of the material may result in compression fracture architecture.
– Overfilling of the defects should be avoided.
– The mucoperiosteal flaps should be sutured to achieve primary closure, if possible. A surgical dressing may be used over the wound for one week.
– If primary wound closure cannot be achieved completely, further immobilization of the flap (e.g., by incision through the periosteum) should be performed and/or a bioabsorbable membrane (e.g. Resorbable Collagen Membrane) should be placed over the bone graft site.
– Post-operative procedures: Patients should rinse with an antimicrobial agent such as chlorhexidine gluconate (Peridex) twice daily for 2 weeks following surgery. Beginning 24 hours after surgery, the wound site may be additionally swabbed with a cotton-tipped applicator dipped in the antimicrobial agent. Consult the manufacturer's Instructions for Use for side effects and other known risks associated with the use of chlorhexidine gluconate oral rinses.

Contraindications:
Contraindications customary to the use of bone grafts should be observed.
SMARTGRAFT Granules should not be used in patients with:
– Acute or chronic infection (osteomyelitis or periostitis) at the surgical site
– Metabolic diseases (diabetes, hyperparathyroidism, osteomalacia)
– Severe renal dysfunction, severe liver disease
– High dose corticosteroid therapy
– Vascular impairment at the implant site
– Osteoporosis
– Known allergy or hypersensitivity to porcine-derived implantable materials

Warnings:
The device should be secured to prevent motion and migration, use in areas where the graft can be adequately contained.

Do not use if package is opened or damaged or if expiration date has been exceeded.

SMARTGRAFT Granules cannot be re-sterilized or re-used. Open, unused product must be discarded. In vivo stability may be adversely affected if re-sterilized. Cross-contamination and infection may occur by re-use of product.

– Si es posible, se deben suturar los colgajos mucoperiósticos para lograr el cierre por primera intención. Se puede colocar un apósito quirúrgico sobre la herida durante una o dos semanas.
– Si no se puede lograr por completo el cierre de la herida por primera intención, se debe inmovilizar el colgajo (p. ej., mediante una incisión en el periostio) y/o se debe colocar una membrana bioabsorbible (p. ej., una membrana de colágeno reabsorbible) sobre el lecho del injerto óseo.
– Procedimientos posoperatorios: Los pacientes deben enjuagarse la boca con un agente antimicrobiano como el gluconato de clorhexidina (Peridex) dos veces al día durante las dos semanas posteriores a la cirugía. Tras 24 horas después de la cirugía, se debe sumergir un bastoncillo con punta de algodón en el agente antimicrobiano y limpiar el lecho de la herida. Consulte las instrucciones de uso del fabricante para conocer los efectos secundarios y otros riesgos conocidos asociados al uso de los enjuagues bucales de gluconato de clorhexidina.

Contraindicaciones:
Se deben observar las contraindicaciones habituales en el uso de injertos óseos.
SMARTGRAFT Granules no se debe utilizar en pacientes con:
– infecciones agudas o crónicas (osteomielitis) en el lecho quirúrgico;
– enfermedades metabólicas (diabetes, hiperparatiroidismo, osteomalacia);
– insuficiencia renal grave, enfermedad hepática grave;
– altas dosis de corticosteroides;
– disfunción vascular en el lecho del implante;
– osteoporosis;
– alguna alergia conocida o hipersensibilidad a materiales implantables con origen porcino.

Advertencias:
Se debe asegurar el dispositivo para evitar que se mueva y se desplace. Utilice el dispositivo en áreas en las que elinjerto se puede contener de forma adecuada.

No utilice el dispositivo si el envase está abierto o dañado o si se ha superado la fecha de caducidad.

SMARTGRAFT Granules no se puede volver a esterilizar o reutilizar. Deseche el producto si está abierto y sin usar. Si vuelve a esterilizar el producto, puede perjudicar la estabilidad in vivo. Reutilizar el producto puede causar contaminación cruzada e infecciones.

Precauciones:
Para facilitar la formación de hueso nuevo, *SMARTGRAFT Granules* solo se debe implantar en contacto directo con un tejido óseo bien vascularizado. Se puede recomendar perforar el hueso para facilitar el sangrado del hueso cortical.

Al reflectar los colgajos, una mezcla de autoinjerto o médula ósea puede mejorar la formación de hueso nuevo.

Implantología
En general, en las zonas aumentadas, solo se deben colocar los accesorios de titanio una vez que el hueso tenga la fuerza y la integridad suficiente para que se coloque el implante dental. Esto suele tardar entre 3 y 6 meses de hubar implantado material de injerto. Para elevar el suelo de la cavidad, se deben dejar pasar entre 9 y 12 meses tras la implantación del material de injerto óseo antes de colocar los accesorios de titanio. Se deben realizar radiografías para confirmar la integridad del hueso antes de colocar el implante dental.

Periodontología
Para rellenar los defectos periodontales con *SMARTGRAFT Granules* (junto con el control de la placa bacteriana) es necesario que se trate de forma local la lesión periodontal (p. ej., alisado radicular, debridamiento del tejido granular) antes de la implantación.

Reacciones adversas:
Algunas de las posibles complicaciones que pueden ocurrir en cualquier intervención dental incluyen: infección, dehiscencia de la herida, hemorragia, desprendimiento del colgajo, rechazo del implante, dolor, edema, hinchazón o dolor.

Almacenamiento:
Almacene el producto a temperatura ambiente (15 °C/59 °F-30 °C/86 °F).

Suministro:
SMARTGRAFT Granules se suministra esterilizado, no pirógeno y está previsto para un solo uso.

Número de catálogo	Tamaño de la partícula	Volumen
0114.101	0,25-1 mm	0,5 cc
0114.102		1 cc
0114.103		2 cc
0114.105		4 cc
0114.112	1-2 mm	1 cc
0114.113		2 cc

Precaución:
La legislación federal (EE. UU.) restringe la venta de este dispositivo a médicos o dentistas o bajo receta correspondiente por estos.

Símbolos de las etiquetas:
Se pueden utilizar símbolos en algunas etiquetas de envases internacionales para facilitar la identificación.

	Consumir antes de	REF	Número de catálogo
	No reutilizar	R_x Only	La legislación federal (EE. UU.) restringe la venta de este dispositivo a médicos o dentistas o bajo receta correspondiente por estos.
LOT	Número de lote		Fabricante
STERILE R	Esterilizado mediante radiación		Representante autorizado en Europa
	Esterilizado mediante radiación		No utilice el producto si la barrera de esterilización o el envase se han dañado.
	Limitación de temperatura		

ITALIANO Minerale osseo anorganico per chirurgia dentale

ISTRUZIONI PER L'USO

Minerale osseo, poroso, anorganico, biocompatibile, sterile, per l'uso in chirurgia parodontale, orale e maxillo-facciale.

Descrizione:
SMARTGRAFT Granules è una matrice minerale ossea porosa a composizione prevalente di fosfato di calcio. È prodotta dalla rimozione dei componenti organici dell'osso cancelloso porcino. *SMARTGRAFT Granules* è sterilizzato con raggi gamma. Il prodotto è disponibile in forma granulare, apirogeno ed esclusivamente monouso.

Proprietà/Azioni:
La matrice ossea anorganica di *SMARTGRAFT Granules* presenta una struttura macro- e microscopicamente porosa interconnessa che favorisce la formazione e la crescita di nuovo tessuto osseo nel sito di impianto. Uso di *SMARTGRAFT Granules* può essere preso in considerazione l'impiego di tessuto osseo autogeno non è indicato oppure non è quantitativamente sufficiente per soddisfare i risultati della procedura chirurgica proposta.

Indicazioni e uso:
SMARTGRAFT Granules è indicato per:
– Aumento o intervento di trattamento ricostruttivo della cresta alveolare.
– Riempimento di difetti parodontali infrassei.
– Riempimento di difetti dopo resezione radicolare, apicectomia e cistectomia.
– Riempimento di tasche post-estrazione per favorire la preservazione della cresta alveolare.
– Elevazione del pavimento del seno mascellare.
– Riempimento di difetti parodontali in combinazione con prodotti destinati all'uso nell'ambito di procedure di rigenerazione tissutale guidata (GTR) e rigenerazione ossea guidata (GBR).
– Riempimento di difetti peri-impianti in combinazione con prodotti destinati all'uso nell'ambito di procedure di Rigenerazione ossea guidata (GBR).

Istruzioni per l'uso:
– Dopo l'esposizione del difetto osseo con un lembo muco-periosteo, rimuovere con cautela tutto il tessuto di granulazione.
– Miscelare *SMARTGRAFT Granules* con osso autogeno, coagulo osseo, sangue del paziente o soluzione salina fisiologica sterile. In presenza di difetti maxillo-facciali importanti, *SMARTGRAFT Granules* deve essere miscelato con osso autogeno in base a un rapporto di circa 1:1.
– Per garantire la formazione di nuovo tessuto osseo, *SMARTGRAFT Granules* deve essere posizionato esclusivamente a contatto diretto con tessuto osseo ben vascolarizzato.
– Usare cautela durante la preparazione meccanica del letto.
– Usando uno strumento sterile, riempire il difetto osseo con *SMARTGRAFT Granules*, senza comprimere. Uso di forza eccessiva causerà la compressione delle particelle e la perdita dell'architettura originale.
– Evitare il sovrariempimento dei difetti.
– Se possibile, effettuare la chiusura primaria attraverso la suturazione del lembo mucoperiosteo. Applicare eventualmente una medicazione chirurgica sulla ferita per una-due settimane.
– Qualora non fosse possibile ottenere una chiusura primaria integrale della ferita, procedere a un'ulteriore immobilizzazione del lembo (p. es., con incisione per via periostale) e/o posizionare sul sito dell'innesto osseo una membrana bioriassorbibile (ad es. membrana riassorbibile in collagene).
– Procedure postoperatorie: a cura del paziente, sciacquare con un agente antimicrobico come clorexidina gluconato (Peridex) due volte al giorno per 2 settimane post-intervento. A partire da 24 ore l'operazione, il sito della ferita può essere tamponato ulteriormente con un applicatore con punta in cotone immerso nell'agente antimicrobico. Consultare le istruzioni per l'uso del fabbricante per conoscere gli effetti collaterali e altri rischi noti associati all'uso di clorexidina gluconato sciacqui orali.

Controindicazioni:
Seguire le controindicazioni abitualmente associate all'uso di innesti ossei.
SMARTGRAFT Granules non deve essere usato in pazienti con:
– Infezione acuta o cronica (osteomielite) sul sito chirurgico
– Malattie metaboliche (diabete, paratiroidismo, osteomalacia)
– Grave disfunzione renale, grave patologia epatica
– Terapia corticosteroidea ad alto dosaggio
– Compromissione vascolare sul sito di impianto
– Osteoporosi
– Nota allergia o ipersensibilità ai materiali impiantabili di derivazione porcina

Avvertenze:
Il dispositivo deve essere fissato in modo tale da prevenire il rischio di spostamento e migrazione; utilizzare il dispositivo in aree in cui l'innesto possa essere adeguatamente contenuto.

Non usare se la confezione è aperta o danneggiata o se è stata superata la data di scadenza.

SMARTGRAFT Granules non può essere risterilizzato o riutilizzato. Il prodotto aperto, non utilizzato deve essere eliminato. La risterilizzazione potrebbe pregiudicare la stabilità in vivo. In caso di risterilizzazione o riutilizzo possono verificarsi contaminazione crociata e infezioni.

Precauzioni:
Per facilitare la formazione di nuovo tessuto osseo, *SMARTGRAFT Granules* deve essere impiantato solo a contatto diretto con un tessuto osseo ben vascolarizzato. Potrebbe essere raccomandata la trapanazione per facilitare il sanguinamento dell'osso corticale.

In caso di riflessione dei lembi, una miscela di innesto osseo può essere migliorata da una miscela di osso o midollo osseo autogeno.

Implantologia
In generale, nelle zone sottoposte a un intervento di aumento, le viti endosseo in titanio devono essere fissate quando l'osso ha una forza e un'integrità sufficienti per poter sostenere il posizionamento dell'impianto dentale. Ciò richiede in genere da 3 mesi a 6 mesi dall'impianto di un materiale per innesto osseo. Nel caso dell'elevazione del pavimento del seno, il tempo di attesa raccomandato prima di fissagio delle viti endosseo in titanio post-impianto di materiale per innesto osseo sono 9-12 mesi. Per confermare l'integrità ossea prima di procedere all'impianto dentale serve una radiografia.

Parodontologia
Il riempimento di difetti parodontali con *SMARTGRAFT Granules* richiede (oltre al controllo della placca) un trattamento locale ottimale della lesione parodontale (ad es. levigatura radicolare, sbrigliamento del tessuto granulare) prima dell'impianto.

Reazioni avverse:
Le possibili complicanze associate a qualsiasi intervento chirurgico odontoiatrico sono gonfiore sul sito chirurgico, desquamazione dei lembi, sanguinamento, infiammazione locale, perdita ossea, infezione o dolore.

Conservazione:
Conservare a temperatura ambiente (15 °C/59 °F - 30 °C/86 °F).

Come si fornisce:
SMARTGRAFT Granules è fornito sterile, apirogeno ed esclusivamente monouso.

Numero di catalogo	Misura della particella	Volume
0114.101	0,25 – 1,0 mm	0,5 cc
0114.102		1,0 cc
0114.103		2,0 cc
0114.105		4,0 cc
0114.112	1,0 – 2,0 mm	1,0 cc
0114.113		2,0 cc

Attenzione:
La legge federale (statunitense) restringe la distribuzione di questo dispositivo alla vendita o alla prescrizione parte di un odontoiatra o medico

Simboli sull'etichetta:
Sulle etichette di alcune confezioni internazionali sono utilizzati dei simboli che facilitano l'identificazione.

	Cautela	REF	Numero di catalogo
	Utilizzare entro	R_x Only	La legge federale (statunitense) restringe la distribuzione di questo dispositivo alla vendita o alla prescrizione da parte di un odontoiatra o medico.
	Non riutilizzare		Fabbricante
LOT	Numero di lotto		Rappresentante europeo autorizzato
STERILE R	Sterilizzato con radiazioni		Non utilizzare in caso di danni alla barriera di sterilizzazione del prodotto o alla confezione
	Limitazione di temperatura		

FRANÇAIS Substance minérale osseuse inorganique pour chirurgie dentaire

MODE D'EMPLOI

Matériel osseux poreux inorganique stérile et biocompatible destiné à la chirurgie parodontale, buccale et maxillo-faciale.

Description :
SMARTGRAFT Granules est une matrice minérale osseuse poreuse constituée principalement de phosphate de calcium. Elle est produite par élimination des composants organiques de l'os spongieux porcin. *SMARTGRAFT Granules* est stérilisé par irradiation gamma. Le produit est disponible sous forme granulaire, apyrogène et à usage unique exclusivement.

Propriétés/actions :
La matrice osseuse inorganique de *SMARTGRAFT Granules* a une structure poreuse macro et microscopique interconnectée qui favorise la formation et la croissance de nouvel os au niveau du site d'implantation. L'utilisation de *SMARTGRAFT Granules* peut être envisagée lorsque l'os autogène n'est pas indiqué ou en quantité insuffisante pour répondre aux besoins de l'intervention chirurgicale proposée.

Indications et usage :
SMARTGRAFT Granules est indiqué pour :
– L'augmentation ou le traitement reconstructif de la crête alvéolaire.
– Le comblement des défauts parodontaux infra-osseux.
– Le comblement des défauts après résection radiculaire, apicoectomie et cystectomie.
– Le comblement des alvéoles d'extraction pour améliorer la préservation de la crête alvéolaire.
– L'élévation du plancher sinusien maxillaire.
– Le comblement des défauts parodontaux en association avec des produits destinés à la régénération tissulaire guidée (RTG) et à la régénération osseuse guidée (RGO).
– Le comblement des défauts péri-implantaires en association avec des produits destinés à la régénération osseuse guidée (RGO).

Mode d'emploi :
– Après exposition du défaut osseux avec un lambeau muco-périosté, tout le tissu de granulation doit être soigneusement éliminé.
– Mélanger *SMARTGRAFT Granules* avec de l'os autogène, du coagulum osseux, du sang de patient ou une solution saline stérile normale. Si de grands défauts maxillo-faciaux sont présents, *SMARTGRAFT Granules* doit être mélangé avec de l'os autogène dans un rapport d'environ 1:1.
– Afin d'assurer la formation de nouvel os, *SMARTGRAFT Granules* ne doit être mis en contact direct qu'avec un tissu osseux bien vascularisé. Los cortical doit être perforé mécaniquement.
– Tasser librement *SMARTGRAFT Granules* dans un défaut osseux à l'aide d'un instrument stérile. L'emploi d'une force excessive ou une compression des particules et une perte de l'architecture trabéculaire.
– Eviter tout remplissage excessif des défauts.
– Les lambeaux mucopériostés doivent être suturés pour réaliser la fermeture primaire, si possible. Un pansement chirurgical peut être placé sur la plaie pendant une à deux semaines.
– Si la fermeture primaire de la plaie ne peut pas être complètement réalisée, une immobilisation supplémentaire du lambeau (par exemple, par incision à travers le périoste) doit être effectuée et/ou une membrane bioabsorbable (par exemple membrane de collagène résorbable) doit être placée sur le site du greffon osseux.
– Procédures postopératoires : Les patients doivent se rincer avec un agent antimicrobien tel que le gluconate de chlorhexidine (Peridex) deux fois par jour pendant 2 semaines après l'intervention chirurgicale. A partir de 24 heures après l'intervention chirurgicale, le site de la plaie peut en outre être tamponné avec un coton-tige imbibé d'agent antimicrobien. Consulter le mode d'emploi du fabricant pour connaître les effets secondaires et les autres risques connus associés à l'utilisation des rince-bouches au gluconate de chlorhexidine.

Contre-indications :
Les contre-indications habituelles à l'utilisation des greffons osseux doivent être observées.
SMARTGRAFT Granules ne doit pas être utilisé chez les patients présentant :
– Une infection aiguë ou chronique (ostéomyélite) au site chirurgical
– Des pathologies métaboliques (diabète, hyperparathyroïdie, ostéomalacie)
– Des troubles rénaux sévères, maladie hépatique sévère
– Sous corticothérapie à haute dose
– Une insuffisance vasculaire du site implantaire
– Une ostéoporose
– Une allergie ou hypersensibilité connue aux matériaux implantables d'origine porcine

Avertissements :
Le produit doit être sécurisé pour empêcher le mouvement et la migration. L'utiliser dans les zones où la greffe peut être correctement contenue.

Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé ou si la date de péremption a été dépassée.

SMARTGRAFT Granules ne peut être ni stérilisé ni réutilisé. Eliminer le produit ouvert et inutilisé. La stabilité in vivo peut être altérée si le produit est stérilisé à nouveau. Une contamination croisée et une infection peuvent survenir en cas de réutilisation.

Précautions :
Afin de faciliter la formation de nouvel os, *SMARTGRAFT Granules* ne doit être implanté qu'en contact direct avec un tissu osseux bien vascularisé. Le forage peut être recommandé pour faciliter le saignement de l'os cortical.

Dans les défauts plus importants, un mélange d'os autogène ou de moelle osseuse peut améliorer la formation de nouvel os.

Implantologie
Généralement, dans les zones augmentées, la mise en place des fixations en titane doit avoir lieu une fois que l'os offre une résistance et une intégrité suffisantes pour la mise en place de l'implant dentaire, ce qui est généralement supérieur à 6 mois après l'implantation d'un matériau de greffe osseuse. Pour l'élévation du plancher sinusien, il faut compter généralement entre 9 et 12 mois après l'implantation du matériau de greffe osseuse avant la mise en place des fixations en titane. Des radiographies doivent être prises pour confirmer l'intégrité osseuse avant la pose de l'implant dentaire.

Parodontologie
Le comblement des défauts parodontaux avec *SMARTGRAFT Granules* nécessite (avec le contrôle de la plaque) le traitement local réussi de la lésion parodontale (par exemple, surfaçage radiculaire, débridement du tissu granulaire) avant l'implantation.

Effets indésirables :
Les complications possibles qui peuvent survenir avec toute chirurgie dentaire comprennent un gonflement au site chirurgical, une érufoncture des lambeaux, des saignements, une inflammation locale, une perte osseuse, une infection ou une douleur.

Stockage :
Conserver à température ambiante (15 °C/59 °F - 30 °C/86 °F).

Présentation :
SMARTGRAFT Granules est fourni stérile, apyrogène et à usage unique.

Numéro de catalogue	Taille des particules	Volume
0114.101	0,25 à 1,0 mm	0,5 cc
0114.102		1,0 cc
0114.103		2,0 cc
0114.105		4,0 cc
0114.112	1,0 à 2,0 mm	1,0 cc
0114.113		2,0 cc

Mise en garde :
La loi fédérale (USA) limite la vente de cet appareil par ou sur ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste.

Symboles d'étiquetage :
Des symboles peuvent être utilisés sur certaines étiquettes d'emballage internationales pour faciliter l'identification.

	Mise en garde	REF	Numéro de catalogue
	Date de péremption	R_x Only	La loi fédérale (USA) limite la vente de cet appareil par ou sur ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste.
	Ne pas réutiliser		Fabricant
LOT	Numéro de lot		Mandataire européen agréé
STERILE R	Stérilisé par irradiation		Ne pas utiliser si la barrière stérile ou produit ou son emballage est compromis
	Limites de température		

DEUTSCH Anorganisches Knochenmineral für die Zahnchirurgie

GEBRAUCHSANWEISUNG

Ein steriles, biokompatibles, anorganisches, poröses Knochenmineral zur Verwendung in der Parodontal-, Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

Beschreibung:
SMARTGRAFT Granules anorganisches Knochentransplantat ist eine poröse, überwiegend aus Calciumphosphat bestehende Knochenmineralmatrix. Es wird durch Entfernung der organischen Bestandteile aus Schweinespongiosa hergestellt. *SMARTGRAFT Granules* wird durch Gammastrahlung sterilisiert. Es wird als Granulat, nicht pyrogen und ausschließlich für den einmaligen Gebrauch geliefert.

Eigenschaften/Wirkungsprinzip:
Die anorganische Knochenmatrix von *SMARTGRAFT Granules* weist miteinander verbundene makro- und mikroskopische Strukturen auf, die Bildung und Einsprossen von neuem Knochengewebe an der Implantationsstelle fördern. Die Verwendung von *SMARTGRAFT Granules* kann in Betracht gezogen werden, wenn autologes Knochenmaterial nicht indiziert oder nicht in ausreichender Menge für den vorgesehenen chirurgischen Eingriff vorhanden ist.

Indikationen und Anwendung:
Laut *SMARTGRAFT Granules* ist indiziert für:
– Augmentation oder Rekonstruktion des Alveolarkamms
– Auffüllung von intraossären parodontalen Defekten
– Auffüllung von Defekten nach Wurzelspitzenresektion, Apikektomie und Zystektomie
– Auffüllung von Extraktionsalveolen zur besseren Erhaltung des Alveolarkamms
– Sinusbodenelevation
– Auffüllung von parodontalen Defekten in Kombination mit Produkten für die Geführte Tissue Regeneration (GTR) und Geführte Knochenregeneration (GBR)
– Auffüllung von parodontalen Defekten in Kombination mit Produkten für die Geführte Knochenregeneration (GBR)

Gebrauchsanweisung:
– Nach Freilegung des Knochendefekts durch Ablösung eines Mukoperiostlappens muss sämtliches Granulationsgewebe sorgfältig entfernt werden.
– *SMARTGRAFT Granules* mit autologem Knochenmaterial, Knochenkoagulum, Eigenblut des Patienten oder steriler physiologischer Kochsalzlösung vermischen. Bei ausgedehnten intraossären Defekten sollte *SMARTGRAFT Granules* ungefähr im Verhältnis 1:1 mit autologem Knochenmaterial vermischt werden.
– Um die Bildung von neuem Knochengewebe zu gewährleisten, sollte *SMARTGRAFT Granules* nur in direktem Kontakt mit gut durchbluteten Knochengewebe platziert werden. Kortikalis sollte mechanisch perforiert werden.
– *SMARTGRAFT Granules* mit einem sterilen Instrument locker in den Knochendefekt packen. Bei übermäßigem Kraftaufwand kommt es zu einer Kompression der Partikel und einem Verlust der trabekulären Architektur.
– Eine Überfüllung der Defekte vermeiden.
– Die Mukoperiostlappen sollten nach Möglichkeit zum Primärverschluss vernäht werden. Die Wunde kann ein bis zwei Wochen mit einem chirurgischen Wundauflage abgedeckt werden.
– Wenn kein vollständiger primärer Wundverschluss erreicht werden kann, sollte der Lappen weiter immobilisiert werden (z. B. mittels Inzision durch das Periost) und/oder die Knochentransplantatstelle mit einer bioresorbierbaren Membran (z. B. resorbierbare Kollagenmembran) abgedeckt werden.
– Postoperative Maßnahmen: Der Operation sollte sich der Patient 2 Wochen lang zwei Mal täglich den Mund mit einem antimikrobiellen Mittel wie z. B. Chlorhexidingluconat (Peridex) ausspülen. Ab 24 Stunden nach der Operation kann die Wundstelle zusätzlich mit einem Wattestäbchen, das in das antimikrobielle Mittel getaucht wird, abgetupft werden. Zu Nebenwirkungen und sonstigen bekannten Risiken in Zusammenhang mit Mundspülungen mit Chlorhexidingluconat bitte die Gebrauchsanweisung des jeweiligen Herstellers beachten.

Kontraindikationen:
Es gelten die üblichen Kontraindikationen für die Verwendung von Knochentransplantaten.
SMARTGRAFT Granules darf bei Patienten mit folgenden Zustandsformen nicht verwendet werden:
– Akute oder chronische Infektion (Osteomyelitis) am Operationssitus
– Stoffwechselerkrankungen (Diabetes, Hyperparathyreoidismus, Osteomalazie)
– Schwere Niereninsuffizienz, schwere Leberkrankheit
– Hochdosierte Kortikosteroidgabe
– Gefäßstörung an der Implantationsstelle
– Osteoporose
– Bekannte Allergie oder Überempfindlichkeit gegenüber aus Schweinen gewonnenen implantierbaren Materialien

Warnhinweise:
Das Produkt muss fixiert werden, um Bewegungen bzw. eine Migration zu verhindern. Es ist in Bereichen zu verwenden, in denen das Transplantat adäquat umschlossen werden kann.

Nicht verwenden, wenn die Verpackung geöffnet oder beschädigt oder das Verfallsdatum überschritten ist.

SMARTGRAFT Granules darf weder resterilisiert noch wiederverwendet werden. Geöffnete Produkte müssen entsorgt werden, auch wenn sie nicht verwendet wurden. Die In-Vivo-Stabilität kann durch Resterilisation beeinträchtigt werden. Die Wiederverwendung kann zu einer Kreuzkontamination und Infektion führen.

Vorsichtsmaßnahmen:
Um die Bildung von neuem Knochengewebe zu fördern, sollte *SMARTGRAFT Granules* nur in direktem Kontakt mit gut durchbluteten Knochengewebe implantiert werden. Eventuell empfiehlt sich eine Perforierung von Kortikalisdurchgängen mit Bohrern.

Bei ausgedehnten Defekten kann eine Mischung mit autologem Knochenmaterial oder Knochenmark eventuell die Bildung von neuem Knochengewebe verbessern.

Implantologie
In Augmentationsbereichen sollten Titanelemente im Allgemeinen erst eingebracht werden, wenn der Knochen die erforderliche Festigkeit und Integrität für die Platzierung von Dentalimplantaten aufweist. Dies ist typischerweise über 6 Monate nach Implantation eines Knochentransplantatmaterials der Fall. Bei einer Sinusbodenelevation sollten typischerweise 9 bis 12 Monate nach Implantation des Knochentransplantatmaterials vorgewartet werden, bevor Titanelemente eingebracht werden. Vor der Platzierung von Dentalimplantaten sollte die Knochenintegrität radiologisch mit Röntgenaufnahmen bestätigt werden.

Parodontologie
Die Auffüllung von parodontalen Defekten mit *SMARTGRAFT Granules* setzt (zusammen mit der Kontrolle der Plaque) eine erfolgreiche lokale Behandlung parodontaler Läsion (z. B. Wurzelglättung, Débridement von Granulationsgewebe) vor der Implantation voraus.

Nebenwirkungen:
Mögliche Komplikationen, die bei zahnchirurgischen Eingriffen jeglicher Art auftreten können, sind Schwellung am Operationssitus, Abstoßung des Lappens, Blutung, lokale Entzündung, Knochenverlust, Infektion oder Schmerzen.

Lagerung:
Bei Raumtemperatur (15 °C/59 °F - 30 °C/86 °F) lagern.

Lieferform:
SMARTGRAFT Granules wird steril, nicht pyrogen und ausschließlich für den einmaligen Gebrauch geliefert.

Artikelnummer	Partikelgröße	Volumen
0114.101	0,25–1,0 mm	0,5 cm³
0114.102		1,0 cm³
0114.103		2,0 cm³
0114.105		4,0 cm³
0114.112	1,0–2,0 mm	1,0 cm³
0114.113		2,0 cm³

Vorsicht:
Laut US-amerikanischem Bundesrecht darf dieses Produkt nur durch einen bzw. auf Anordnung eines Arztes (Zahnarzt) verkauft werden.

Verpackungssymbole:
Die nachfolgenden Symbole werden für eine einfachere Identifizierung möglicherweise auf manchen internationalen Verpackungen verwendet.

	Vorsicht	REF	Artikelnummer
	Verwendbar bis	R_x Only	Laut US-amerikanischem Bundesrecht darf dieses Produkt nur durch einen bzw. auf Anordnung eines Arzt(es)/Zahnarzt(es) verkauft werden.
	Nicht wiederverwenden		Hersteller
LOT	Chargennummer		Bevollmächtigter in der EU
STERILE R	Sterilisiert durch Bestrahlung		Sterilisationsbarriere oder Verpackung des Produkts beschädigt ist.
	Temperaturbegrenzung		

NEDERLANDS Anorganisch botmineraal voor tandheelkundige chirurgie

GEBRUIKSAANWIJZING

Een steriel, biocompatibel anorganisch poreus botmineraal voor gebruik bij periodontale, orale en maxillofaciale chirurgie.

Beschrijving:
SMARTGRAFT Granules is een poreuze botmineraalmatrix die hoofdzakelijk uit calciumfosfaat bestaat. Het wordt geproduceerd door verwijdering van de organische bestanddelen uit spongieus varkensbot. *SMARTGRAFT Granules* wordt gesteriliseerd met gammastraling. Het product wordt in korrelvorm, niet-geopend en uitsluitend voor eenmalig gebruik geleverd.

Eigenschappen/werking:
De anorganische botmatrix van *SMARTGRAFT Granules* heeft een in elkaar grijpende macro- en microscopische poreuze structuur die de vorming en ingroei van nieuw bot op de implantatieplaats ondersteunt. Gebruik van *SMARTGRAFT Granules* kan worden overwogen wanneer autogeen bot niet is aangewezen, of in onvoldoende hoeveelheid aanwezig is voor de vereisten van de gepleegde operatieve ingreep.

Indicaties en gebruik:
SMARTGRAFT Granules is geïndiceerd voor:
– Augmentatie of reconstructieve behandeling van de alveolaire richel.
– Opvullen van intraosseuse periodontale defecten.
– Opvullen van defecten na wortelresectie, apicectomie en cystectomie.
– Opvullen van extractiekassen om een preprothetische alveolaire richel.
– Elevatie van de maxillaire sinusbodem.
– Opvullen van periodontale defecten in combinatie bestemd voor gebruik weefselregeneratie (Guided Tissue Regeneration; GTR) en gebiede botregeneratie (GBR).
– Opvullen van peri-implantaire defecten in combinatie bestemd voor gebruik weefselregeneratie gebiede botregeneratie (GBR).

Gebruiksaanwijzing:
– Na het blootleggen van het botdefect met een mucoperiosteale flap moet al het granulatieweefsel zorgvuldig worden verwijderd.
– Meng *SMARTGRAFT Granules* met autogeen botweefsel, botcoagulum, bloed van de patiënt of steriel normaal fysiologisch zout. Bij aanwezigheid van omvangrijke maxillofaciale defecten moet de *SMARTGRAFT Granules* worden gemengd met autogeen bot, in een verhouding van ongeveer 1:1.
– Om verzekerd te zijn van de vorming van nieuw bot mag de *SMARTGRAFT Granules* uitsluitend in direct contact met goed gevasculariseerd botweefsel worden aangebracht. Corticaal bot moet mechanisch worden geperforeerd.
– Vul het botdefect losjes met *SMARTGRAFT Granules*, met behulp van een steriel instrument. Overmatige krachtuitoefening leidt tot compressie van de deeltjes en verlies van trabeculaire architectuur.
– Overmatig vullen van de defecten moet worden vermeden.
– De mucoperiosteale flappen moeten zo mogelijk worden gehecht om primaire sluiting te verkrijgen. Er kan één tot twee weken lang een wondverband over de wond worden aangebracht.
– Als geen volledige primaire wondsluiting kan worden verkregen, moet er nadere immobilisatie van de flap (bijv. door middel van een incisie door het periosteum) worden verricht en/of een bioabsorbeerbaar membraan (bijv. resorbeerbaar collageenmembraan) worden aangebracht op de plaats met het bottransplantaat.
– Postoperatieve procedures: De patiënt moet na de operatie 2 weken lang tweemaal daags spoelen met een antimicrobiel middel zoals chloorhexidinegluconaat (Peridex). Vanaf 24 uur na de operatie kan het wondgebied daarnaast worden gedept met een wattenstaafje dat met een in het antimicrobiële middel gedrenkt wattenstaafje. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de fabrikant voor bijwerkingen en andere bekende risico's in verband met het gebruik van mondspoelmiddelen met chloorhexidinegluconaat.

Contra-indicaties:
Be gebruikelijke contra-indicaties voor het gebruik van bottransplantaten moeten in acht worden genomen. *SMARTGRAFT Granules* mag niet worden gebruikt bij patiënten met:
– acute of chronische infectie (osteomyelitis) in het operatiegebied
– stofwisselingsziekten (diabetes, hyperparathyreoïdie, osteomalacie)
– ernstige nierinsufficiëntie, ernstige leverziekte
– corticosteroïdentherapie met hoge dosis
– vasculaire beperking op de implantatiesplaats
– osteoporose
– bekende allergie of overgevoeligheid voor van varkens afkomstige implanteerbare materialen

Waarschuwingen:
Het hulpmiddel moet worden vastgezet om beweging en migratie te voorkomen; gebruik het op plaatsen waar het transplantaat afdoende op z

Žymėjimo simboliai:
Simboliai gali būti naudojami ant kai kurių tarpatautinių pakuočių, jog būtų lengviau identifikuoti.

	Dėmesio!	REF	Katalogo numeris
	Naudoti iki	R_x Only	Federalinis (JAV) įstatymas riboja šio produkto pardavimą tik gydytojui arba gydytojui ar stomatologo užsakymą
	Nenaudoti pakartotinai		Gamintojas
LOT	Partijos numeris		Įgaliotas Europos atstovas
STERILE R	Sterilizuota naudojant švitinimą		Nenaudokite, jei pažeistas produkto sterilizacijos barjeras ar jo pakuotė
	Temperatūros apribojimas		

LATVIEŠU Neorganisks kaulu minerāls kirurģiskajai zobārstniecībai

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
Sterils, biosaderīgs, neorganisks porains kaulu minerāls izmantošanai periodontālā, mutes, sejas un žokļu kirurģijā.

Apraksts
SMARTGRAFT Granules ir porains kaulu minerālu matrics, kas sastāv galvenokārt no kalcija fosfāta. To iegūstam, atšķirot organiskās sastāvdaļas no cilvēka trabekulārajiem kauliem. *SMARTGRAFT Granules* ir sterilizētas ar gamma starojumu. Izstrādājums ir pieejams granulu veidā, tas ir aprūpēts un paredzēts tikai vienreizējai lietošanai.

Spalvbārkstis
SMARTGRAFT Granules neorganiskajai kaulu matricai ir savstarpēji pieaugošā mako- un mikroskopiskā poraina struktūra, kas palīdz implantācijas vietā veidoties un ieaugt jaunam kaulam. *SMARTGRAFT Granules* izmantošanu var apsvērt, ja nav indicēta autoloģā kaula izmantošana vai tā daudzums nav pietiekams, lai atbilstoši ietekmētu kirurģiskās procedūras vajadzībām.

Lietošanas indikācijas
SMARTGRAFT Granules lietošana ir indicēta:
- alveolārā kaula palielināšanai vai rekonstrukcijai;
- periodontāla zemkaula defektu aizpildīšanai;
- pēc sakņes rezekcijas, apikoektomijas un cistektomijas radušos defektu aizpildīšana;
- ekstrakcijas kabatu aizpildīšanai, lai saglabātu alveolāro malu;
- augšžokļa dobuma paaugstināšanu vienpakāpju jāšot aptuveni 1:1.

Lai garantētu jauna kaula veidošanos, *SMARTGRAFT Granules* drīkst ieviest tikai tiešā kontaktā ar labi apasiocētu kaulu. Kortikālajiem kauliem jāveic mehāniska perforācija.
Ar sterilu instrumentu vieglā sabīvējiet *SMARTGRAFT Granules* kaulā defektā. Pārāk lielu spēku izmantošana saspiež dažnas un zūd to trabekulārā uzbūve.
Jāizvairās no defekta pārpildīšanas.
Glotādas-periosta lieveni jāpiešuj tā, lai nodrošinātu primāru slēgumu, ja iespējams. Uz brūces vietu līdz divas nedēļas var uzlikt kirurģisko pārsēju.
- Ja nav iespējams nodrošināt pilnīgu primāru brūces slēgumu, jāveic papildu lieveņa mobilizācija (piem., izdarot incīziju caur periostu) un/vai pāri kaula transplantāta vietai jāuzlikt bioabsorbējama membrāna (piem., absorbējama kolagēna membrāna).
- Procedūras pēc vajadzības var papildināt ar operācijas 2 nedēļas jāskalo mutes dobums ar antibakteriālu līdzekli, piem., hlorheksidīna glikonātu (Peridex), divas reizes dienā.

Kad ir pagājušas 24 stundas pēc operācijas, brūces vietu var papildus apstrādāt ar antibakteriālā līdzekli saturošu kokvilnas vates kociņu. Informāciju par hlorheksidīna glikonāta mutes skalojuma līdzekļu blakusparādībām un citiem ar to lietošanu saistītajiem zināmajiem riskiem skatiet razotāja lietošanas instrukcijā.

Kontrindikācijas
Jāievēro kontrindikācijas, kas parasti attiecas uz kaulu transplantātu izmantošanu.
SMARTGRAFT Granules nedrīkst lietot pacientiem ar:
- akūtu vai hronisku infekciju (osteomielītu) operācijas vietā;
- vielmaiņas slimībām (diabēts, hiperparatireoze, osteomalācija);
- smagiem mieru darbības traucējumiem, smagu aknu slimību;
- ārstēšanu ar lielām kortikosteroīdu devām;
- asinsrites traucējumiem implantācijas vietā;
- osteoporozi;
- zināmu alerģiju vai paaugstinātu jutību pret implantējamiem materiāliem, kas iegūti no cūkām.

Brīdinājumi
Transplantāts jānostiprina, lai nepieļautu izkustēšanos un migrāciju, tas jāizmanto defektos, kur ir pietiekami daudz vietas to iepildīšanai.
Nelietojiet, ja iepakojums ir atvērts vai bojāts vai ja beidzies derīguma termiņš.
SMARTGRAFT Granules nedrīkst sterilizēt atkārtoti vai izmantot atkārtoti. Atvērts, neizmantots izstrādājums ir jāiznīcina. Atkārtota sterilizācija var nevēlami ietekmēt stabilitāti in vivo. Atkārtota lietošana var izraisīt savstarpēju kontamināciju un infekciju pārnesšanu.

Piesardzības pasākumi
Lai veicinātu jauna kaula veidošanos, *SMARTGRAFT Granules* drīkst implantēt tikai tiešā kontaktā ar labi apasiocētu kaulaudiem. Ieteicams izmantot urbšanu, lai veicinātu asinsošanu no kortikālā kaula.
Lielu defektu gadījumā jaunā kaula veidošanos var uzlabot autoloģā kaula vai kaulu smadzeņu maisījums.

Implantoloģija
Vietās, kur velkta kaula palielināšana, tīrāna stiprinājumus parasti ieviesto tikai tad, kad kaulu ir pietiekami stingrs un vesels, lai ieviestou zobu implantus – tam parasti nepieciešami vairāk nekā 6 mēneši pēc kaula transplantāta materiāla implantācijas. Ja tiek veikta degunu dobuma pamatnes paceliāna, pēc kaula transplantāta materiāla implantācijas un pirms tīāna stiprinājumu ieviešanas parasti jāpiegaida 9-12 mēneši. Pirms zobu implantu ieviešanas jāuzzem rentgenogramma, lai apstiprinātu kaula veselumu.

Periodontoloģija
Lai aizpildītu periodonta defektus ar *SMARTGRAFT Granules*, pirms implantācijas (kopā ar apikuma kontrolī) nepieciešama arī veikarnīja periodonta bojājuma lokālā ārstēšana (piem., sakne rezektēšana, granulācijas audu ekscīzija).

Nevēlamās blakusparādības
Iespējamas komplikācijas, kas var veidoties jebkuras kirurģiskas zobārstniecības procedūras laikā, tai skaitā operācijas vietas šķiva nepieaugšana, asinošana, lokāla iekaisuma, kaula zudums, infekcija vai sāpes.

Uzglabāšana
Uzglabāt istabas temperatūrā (15°C/59°F – 30°C/86°F).

Piegādes veids
SMARTGRAFT Granules piegādā sterilas, aploņgāmas, un tās ir paredzētas tikai vienreizējai lietošanai.

Kataloga numurs	Daļiņu izmērs	Tilpums
0114.101	0,25 – 1,0 mm	0,5 cc
0114.102		1,0 cc
0114.103		2,0 cc
0114.105		4,0 cc
0114.112	1,0 – 2,0 mm	1,0 cc
0114.113		2,0 cc

Uzmanībai
Federālā (ASV) likumdošana ierobežo izstrādājuma pārdošanu – to drīkst pārdot tikai ārsts vai zobārsts vai pēc šāda speciālista rīkojuma

Marķējuma simboli
Simboli var tikt izmantoti dažos starptautiskos iepakojuma marķējumos, lai atvieglotu identifikāciju.

	Uzmanību!	REF	Kataloga numurs
	Izlietot līdz	R_x Only	Federālā (ASV) likumdošana ierobežo izstrādājuma pārdošanu – to drīkst pārdot tikai ārsts vai zobārsts vai pēc šāda speciālista rīkojuma
	Nelietot atkārtoti		Ražotājs
LOT	Sērijas numurs		Pilnvarots pārstāvis Eiropā
STERILE R	Sterilizēts apstarojot		Nelietot, ja ir bojāta izstrādājuma sterilizācijas barjera vai iepakojums
	Temperatūras robežvērtības		

EESTI KEELES Anorganaalne lumineeraal hambakirurgija jaoks

KASUTUSJUHISED
Steriilne, bioloogiliselt aktsepteeritav poorne lumineeraal kasutamiseks parodontaalses, suuõõne ja näo-lõualuu kirurgias

Kirjeldus
SMARTGRAFT Granules on peamiselt kaltsiumfosfaadist koosnev poorne lumineeraalmaatriks. Seda valmistatakse organiliste komponentide eemaldamise teel oma luukiudainest. *SMARTGRAFT Granules* on steriliseeritud gammakiirgusega. Toode on saadaval graanulitena, see on mõeldud ainult ühekordseks kasutamiseks.

Omadused/toimed
Anorganaalne luumaatriks *SMARTGRAFT Granules* on siduva makro- ja mikroskoopilise poorse struktuuriga, mis toetab uue luukoe moodustumist ja sisaldavaid implantatsioonikohas. Graanulite *SMARTGRAFT Granules* kasutamist võib kaaluda juhul, kui autogeenne luu ei ole näidustatud või selle kogus ei ole piisav antud kirurgilise protseduuri vajaduste rahuldamiseks.

Kasutusnäidustused
SMARTGRAFT Granules on näidustatud:
- alveolaarhaigi kaasnevate luu- või kontuurdefektide ravi;
- luusiseste parodontaalsete defektide täitmiseks;
- defektide täitmiseks pärast juure resektsiooni, apikoektoomiat ja tsüstektoomiat;
- ekstraktsioonisompude täitmiseks alveolaarharja säilitamise parendamiseks;
- maksillaarsinuse põhja tõstmiseks;
- parodontaalsete defektide täitmiseks koos juhtiud regeneereerimiseks (Guided Tissue Regeneration, GTR) ja luu juhtiud regeneereerimiseks (Guided Bone Regeneration, GBR) ette nähtud toodetega;
- periimplantaatsete defektide täitmiseks koos luu juhtiud regeneereerimiseks (Guided Bone Regeneration, GBR) ette nähtud toodetega.

Kasutusjuhised
- Pärast suuõõneki avamist mukoperiostaalse klapi abil tuleb kogu granulatsioonikude hoolikalt eemaldada.
- Segage *SMARTGRAFT Granules* autogeense luukze, luukoguladi, patsiendi vere või steriilse normaalse füsioloogilise lahusega. Suurte näo-lõualuu defektide korral tuleb *SMARTGRAFT Granules* segada autogeense luukoega vahekorras ligikaudu 1:1.
- Uue luukoe moodustumise tagamiseks tuleb *SMARTGRAFT Granules* paigutada ainult vahetus kontaktis hästi vaskulariseeritud luuga. Kortikaalne luu tuleb mehaaniliselt perforeeridа.
- Pakkige *SMARTGRAFT Granules* seda tihendamata steriilse instrumendi abil antud kuuderkeli. Liigse jõu kasutamine põhjustab osakeste tihendamist ja trabekulaarse arhitektuuri kadumist.
- Tuleb hoiduda defekte üle täitmast.
- Viimaluse korral tuleb mukoperiosteaalne klapp kokku õmmelda esmase sulgemise saavutamiseks. Haava võib üheks kuni kaheks nädalaks katta kirurgilise sidemega.
- Kui haava esmast sulgemist ei ole võimalik täielikult saavutada, tuleb klapp täiendavalt immobiliseerida (nt sisselõikega läbi luuümbrise) ja/või paigaldada luu siirdamiskohale bioabsorbeeruv membraan (nt resorbeeruv kollageenmembraan).
- Operatsioonijärgsed protseduurid Patsientidel tuleb 2 nädala jooksul pärast operatsiooni loputada kaks korda päevas mikroobivastase vahendiga, nagu klorheksidiinglükonaat (Peridex). Alates 24 tunnist pärast operatsiooni võib haavakohta täiendavalt tupsutada mikroobivastasesse vahendisse kastetud vatt-otsaga aplikaatoriga.

Klorheksidiinglükonaadiga suuloputustega seotud kõrvaltoimete ja muude teadaolevate riskide kohta vt vastavast tootja kasutusjuhendist.

Vastunäidustused
Järgida tuleb tavalisi luutransplantaadi kasutamisega seotud vastunäidustusi.
SMARTGRAFT Granules on vastunäidustatud patsientidele:
- ägeda või kroonilise infektsiooniga (osteomüeliidiga) operatsioonikohas
- metaboolsete haigustega (diabeet, hüperparatireoidism, osteomalaatsia);
- raske neerutalitlushäiriga, raske maksahaigusega
- suurte annustega kortikosteroidravi saavatele
- verevoolu kahjustavate implantaadikohas
- osteoporoosiga
- teadaoleva allergia või ülitundlikkusega seapäritolu implantatsioonimaterjalile suhtes

Hoiatused
Seade tuleb kinnitada selle liikumise ja migreerumise vältimiseks, kasutage kohtades, kus transplantaadi on võimalik nõuetekohaselt paigal hoida.
Mitte kasutada avatud või kahjustatud pakendi korral või kõlbliksuaja möödumisel.
Transplantaadi *SMARTGRAFT Granules* ei tohi resteriliseerida ega taaskasutada. Avatud ja kasutamata toode tuleb hävitada. Uuesti steriliseerimine võib kahjustada mõjutada in vivo stabiilsust. Taaskasutamisel võib aset leida niitsaastumine või infektsioon.

Ettevaatusabinõud
Uue luu moodustumise soodustamiseks tuleb *SMARTGRAFT Granules* implanteerida ainult vahetus kontaktis hästi vaskulariseeritud luukoega. Veritsuse soodustamiseks kortikaalset lusti võib soovitada puurimist.
Suurte defektide korral võib uue luu moodustumise parendamiseks kasutada segu autogeense luukoe või luuõliga.

Implantoloogia
Üldiselt tuleb lisamkinnised kasvatud piirkondades paigaldada siis, kui luu on saavutanud hambaimplantaadi paigaldamiseks piisava tugevuse ja terviklikkuse, mis toimub tavaliselt mõnem kuu jooksul pärast luutransplantaadi materjalide implanteerimist. Siinuse põhja tõstmisel tuleb kuutransplantaadi materjalide pärast implanteerimist anda tüüpiliselt 9–12 kuud enne titaankinnitite paigaldamist. Enne hambaimplantaadi paigaldamist tuleb luu tervikliikkust kinnitada röntgeniga.

Periodontoloogia
Periodontaalsete defektide täitmine transplantaadiga *SMARTGRAFT Granules* nõuab (koos implantaadi paigaldamisega) enne implanteerimist edukat kohalikku periodontaalse kahjustuse ravi (nt hambajuure tasandamist, granulaarkoe eemaldamist).

Kõrvaltoimed
Mis tahes hambakirurgia korral tekkida võivate võimalike tüsistuste hulka kuuluvad turse operatsioonikohas, kirurgilise arme vigastus, lokaalse põletik, luukaotus, infektsioon või valu.

Säilitamine
Hoida toatemperatuuril (15 °C – 30 °C) (59 °F – 86 °F).

Tarnimine
SMARTGRAFT Granules tarnitakse steriilsena, mitte-pürogeensena ja ainult ühekordseks kasutamiseks.

Kataloognumber	Osakeste suurus	Ruumala
0114.101	0,25 – 1,0 mm	0,5 cc
0114.102		1,0 cc
0114.103		2,0 cc
0114.105		4,0 cc
0114.112	1,0 – 2,0 mm	1,0 cc
0114.113		2,0 cc

Ettevaatust
USA föderaalseadustele kohaselt võib seda seadet müüa vaid arst või hambaarst või tema tellimusel

Märgistusümbolid
Mõningatel rahvusvahelistel pakendimärgistustel võivad olla kasutatud sümbolid lihtsaks identifitseerimiseks.

	Ettevaatust	REF	Kataloginumber
	Kõlblik kuni	R_x Only	USA föderaalseadustele kohaselt võib seda seadet müüa vaid arst või hambaarst või tema tellimusel
	Mitte korduvalt kasutada		Tootja
LOT	Partii number		Volitatud Euroopa esindaja
STERILE R	Steriliseeritud kiirgusega		Toote ohutut steriilsusbarjääri või pakendi korral mitte kasutada
	Temperatuuripiirang		

DANSK Uorganisk knoglemineral til tandkirurgi

BRUGERVEJLEDNING
Et sterilt, biokompatibelt uorganisk porøst knoglemineral til brug ved periodontal, oral og kæbehule-kirurgi

Beskrivelse:
SMARTGRAFT Granules er en pores knoglemineralmatrikes, der navnlig består af kalciumfosfat. Det produceres ved fjernelse af de organiske komponenter fra spongios knogle fra svin. *SMARTGRAFT Granules* er steriliseret ved brug af gammastråling. Produktet fås i granulær form, ikke-pyrogent og kun til engangsbrug.

Egenskaber/Virkninger:
SMARTGRAFT Granules' uorganiske knoglematrix har en sammenkoblende makro- og mikroskopisk porøs struktur, der understøtter dannelsen og indvæksten af ny knogle på implantationsstedet. Brug af *SMARTGRAFT Granules* kan overvejes, når autogen knogle ikke er indikeret, eller når mængden er utilstrækkelig til at opfylde behovene for den foreslåede kirurgiske procedure.

Indikationer for brug:
SMARTGRAFT Granules er indikeret til:
- Forøgelse af eller rekonstruktionsbehandling af alveolarkammen.
- Fyldning af infra-knogle periodontale defekter.
- Fyldning af defekter efter rodresektion, rodspidsresektion og cystektomi.
- Fyldning af udtrækningshuller for at fremme bibehold af alveolarkammen.
- Forhøjelse af kæbehulebunden.
- Fyldning af periodontale defekter i forbindelse med produkter, der er beregnet til Guided Tissue Regeneration (GTR) (guidet vævsregenerering) og Guided Bone Regeneration (GBR) (guidet knogleregenerering).
- Fyldning af peri-implantatdefekter i forbindelse med produkter beregnet til Guided Bone Regeneration (GBR).

Brugsanvisning:
- Efter eksponering af knogledefekten med en mukoperiosteal lap skal granulationsvæv omhyggeligt fjernes.
- Miks *SMARTGRAFT Granules* med autogen knogle, osseo kvagel, patientens blod eller en normal steril saltvandsopløsning. *SMARTGRAFT Granules* bør mikses med autogen knogle i en ratio af ca. 1:1, hvis der er store maxillofaciale defekter tilstede.
- For at sikre dannelsen af ny knogle bør *SMARTGRAFT Granules* kun placeres i direkte berøring med ordentligt vaskulariseret knogle. Kortikalknogle bør perforeres mekanisk.
- Prop *SMARTGRAFT Granules* let om defekt rest ved hjælp af et sterilt instrument. Brug af for store styrke vil resultere i komprimering af partikelerne og tab af trabekulær struktur.
- Overfyldning af defekterne bør undgås.
- De mukoperiostale lapper bør om muligt sutureres for at opnå primær lukning. En kirurgisk forbinding kan placeres på såret i en til to uger.
- Hvis primær sårlukning ikke kan opnås fuldstændigt, bør yderligere immobilisering af lappen (f.eks. ved incision gennem periosteum) udføres, og/eller en bioabsorberbar membran (f.eks. resorberbar kollagenmembran) bør placeres over knoglegraft-stedet.
- Postoperative procedurer Patienter bør skylle med et antimikrobielt middel, såsom klorhexidinglukonat (Peridex) to gange dagligt i to uger efter operationen. Begynd de 24 timer efter operationen kan sårstedet ydерligere pensles med en vatpind dyppet i det antimikrobielle middel. Se producentens brugsvejledning angående brivirkninger og andre kendte risici knyttet til brugen af mundskyl med klorhexidingluconat.

Kontraindikationer:
Kontraindikationer, der er normale for brugen af knoglegraft, bør overholdes.
SMARTGRAFT Granules bør ikke bruges af patienter med:
- Akut eller kronisk infektion (osteomyelit) i operationsstedet
- Stofskiftesygdomme (diabetes, hyperparathyroidisme, osteomalaci)
- Svær nyreinsufficiens, svær leversygdom
- Behandling med høje doser kortikosteroid
- Vaskulær svækkelse af implantationsstedet
- Osteoporose
- Kendt allergi eller overfølsomhed over for porcint implantatmateriale

Advarsler:
Anordningen bør sikres for at forebygge bevægelse og migration, bruges på områder, hvor graften kan indeholdes tilstrækkeligt.
Må ikke bruges, hvis emballagen er åbnet eller beskadiget, eller hvis udløbsdatoen er overskredet.
SMARTGRAFT Granules bør ikke gensteriliseres eller genbruges. Åbnet, ubrugt produkt skal bortskaffes. Ny sterilisation kan blive negativ, påvirke stabilitet in vivo. Genbrug kan føre til gen-steriliseres. Krydskontaminering og infektion kan opstå, hvis det genbruges.

Forholdsregler:
For at lette dannelsen af ny knogle, bør *SMARTGRAFT Granules* kun implanteres i direkte kontakt med et vel-vaskulariseret knoglevæv. Boring kan blive anbefalet for at lette blødning fra kortikalknoglen.
Ved større defekter, kan en blanding af autogen knogle eller knoglemarv forbedre dannelsen af ny knogle.

Implantology
I forhøjede områder bør placeringen af titaniumfastgørelser generelt finde sted, når knoglen har tilstrækkelig styrke og integritet til placering af dentalt implantat, som typisk er mere end 6 måneder efter implantationen af knoglegraftmaterialet. Ved sinusforhøjelser, bør der typisk gå 9-12 måneder efter implantering af knoglegraftmaterialet, før titaniumfastgørelserne placeres. Der bør tages røntgenbilleder for at bekræfte knogleintegriteten før placering af dentalimplantat.

Periodontology
Fyldning af periodontale defekter med *SMARTGRAFT Granules* kræver (sammen med plak-kontrol) en velbygget lokal behandling af den periodontale lesion (f.eks. rodafflevling, fjernelse af granulært væv) før implantering.

Bivirkninger:
Mulige komplikationer, som kan forekomme ved tandkirurgi, inkluderer hævelse af operationssstedet, dannelse af ødt væv, blødning, lokal inflammation, knogletab, infektion eller smerter.

Opbevaring:
Opbevares ved stuetemperatur (15 °C/59 °F – 30 °C/86 °F).

Levering:
SMARTGRAFT Granules bliver leveret sterilt, ikke-pyrogenisk og er kun til engangsbrug.

Katalognummer	Partikel-størrelse	Volume
0114.101	0,25 – 1,0 mm	0,5 cc
0114.102		1,0 cc
0114.103		2,0 cc
0114.105		4,0 cc
0114.112	1,0 – 2,0 mm	1,0 cc
0114.113		2,0 cc

Forsigtig:
Ifølge amerikansk lov må enheden kun sælges af, eller efter ordre fra, en læge eller tandlæge

Mærkningssymboler:
Symboler kan anvendes på internationale pakkemærkater for at lette identifikation.

	Forsigtig	REF	Katalognummer
	Anvendes inden	R_x Only	Ifølge amerikansk lov må enheden kun sælges af, eller efter ordre fra, en læge eller tandlæge
	Må ikke genbruges		Fabrikant
LOT	Partinummer		Autoriseret europæisk repræsentant
STERILE R	Steriliseret vha. stråling		Må ikke bruges, hvis produktsterileringsbarrieren eller -emballagen er beskadiget
	Temperaturgrænse		

NORSK Uorganisk benmineral for dentalkirurgi

BRUKSANVISNING
Et sterilt, biokompatibelt uorganisk porøst benmineral til bruk i periodontal-, oral- og maxillofacial kirurgi.

Beskrivelse:
SMARTGRAFT Granules er en pores benmineralmatriks som hovedsakelig består av kalsiumfosfat. Den produseres gjennom et affiseringa organiske komponenter från spongiöst ben på gris. *SMARTGRAFT Granules* blir sterilisert ved bruk av gammastråling. Produktet er tilgjengelig i granulär form, ikke-pyrogen och är endast för engångsbruk.

Egenskaper/aktiviteter:
SMARTGRAFT Granules organiska benmatris har en sammanbindande makro- och mikroporös struktur som stödjer bildningen och invasion av nytt ben på implantatstället. Användning av *SMARTGRAFT Granules* kan övervägas när autogent ben inte är indikerat, eller av otillräcklig mängd för att uppfylla behoven för det tillämpade kirurgiska ingreppet.

Användningsindikationer:
SMARTGRAFT Granules är indikerat för:
- Förstärkande eller rekonstruerande behandling av tandvallen.
- Fyllning av angulära parodontala defekter.
- Fyllning av defekter efter rotresektion, apikoektomi och cystektomi.
- Fyllning av utdragningshålen för att förbättra behållningen av tandvallen.
- Höjning av bottnen i maxillarsinus.
- Fyllning av parodontala defekter tillsammans med produkter som är avsedda för GTR (benersättningsmaterial och membran) och GBR (rekonstruktiv behandling - membran).
- Fyllning av peri-implantatdefekter tillsammans med produkter som är avsedda för GBR (rekonstruktiv behandling - membran).

Bruksanvisning:
- Efter exponering av bendefekten med en mucoperiosteal flik, måste all granulationsvävnad avlägsnas noggrant.
- Blanda *SMARTGRAFT Granules* med autogent ben, osseöst koagulum, patientens blod eller vanligt sterilt koksalt. Om det finns stora maxillofaciala defekter, ska *SMARTGRAFT Granules* blandas med autogent ben i ett förhållande på cirka 1:1.
- För att säkra bildningen av nytt ben, ska *SMARTGRAFT Granules* endast placeras i direktkontakt med väl vaskulariserat ben. Kortikalt ben ska perforeras mekaniskt.
- Packa *SMARTGRAFT Granules* löst inne i den osseösa defekten med ett sterilt instrument. Användning av för mycket kraft kommer leda till kompression av partiklarna och förlust av trabekulär struktur.
- Undvik att fylla defekterna för mycket.
- Om möjligt, ska den mucoperiosteala fliken sutureras för att erhålla primär förslutning. Ett operationsförband kan placeras över såret under en till två veckor.
- Om primär sårförslutning inte kan helt åstadkommas, bör ytterligare immobilisering av fliken (t.ex. ett snitt genom benhinnan) utföras och/eller bioabsorberbarde membran (t.ex. resorberbar kollagenmembran) placeras över benimplantatstället.
- Postoperativa förfaranden: Patienten ska skölja med ett antiseptiskt medel såsom klorhexidin-glukonat (Peridex) två gånger dagligen i två veckor efter operationen. Med start 24 timmar efter operationen kan sårstället trättas med en applikator med bomullspets som är doppad i det antiseptiska medlet. Se tillverkarens bruksanvisning för biverkningar och andra risker som är förknippade med användning av orala skölj ningar med klorhexidin-glukonat.

Kontraindikationer:
Kontraindikationer som är vanliga vid användning av benimplantat ska observeras.
SMARTGRAFT Granules ska inte användas på patienter med:
- Akut eller kronisk infektion (osteomyelit) vid operationsstället
- Metaboliska sjukdomar (diabetes, hyperparathyroidism, osteomalaci)
- Allvarlig njursvikt, allvarlig leversjukdom
- Kortikosteroidbehandling i hög dos
- Vaskulär nedsättning på operationsstället
- Osteoporos
- Känd allergi eller överkänslighet mot grisderiverade implantatmaterial

Varningar:
Produkten ska säkras för att förhindra rörelse och migrering, använd i områden där implantatet kan inneslutas korrekt.

Används inte om förpackningen är öppnad eller skadad eller om utgångsdatumet har passerats.
SMARTGRAFT Granules kan inte återsteriliseras eller återanvändas. Öppnad, oanvänd produkt måste kasseras. Stabilitet in vivo kan påverkas negativt om den återsteriliseras. Korskontaminering och infektion kan uppstå om den återanvänds.

Försiktighetsåtgärder:
För att underlätta bildningen av nytt ben, ska *SMARTGRAFT Granules* endast placeras i direktkontakt med en väl vaskulariserad benävnad. Borrning kan rekommenderas för att underlätta blödning från kortikalt ben.

Vid större defekter kan en mixtur av autogent ben och benmärg förbättra bildningen av nytt ben.

Implantology
I allmänhet förstärkta områden ska placeringen av titanfixturer ägа rum när benet har tillräcklig styrka och integritet för placering av dentalimplantat, vilket vanligtvis är längre än sex månader efter implantering av benimplantatmaterial. För höjning av sinusgolv, bör det gå 9-12 månader efter implantering av benimplantatmaterial innan titanfixturerna placeras. Röntgen ska utföras för att bekräfta benets integritet före placering av dentalimplantat.

Periodontology
Fyllning av parodontala defekter med *SMARTGRAFT Granules* kräver (tillsammans med kontroll av plack) framgångsrik lokalbehandling av det parodontala såret (t.ex. rotplaning, debridering av granulationsvävnad) före implantering.

Negativa händelser:
Möjliga komplikationer som kan förekomma vid all dental kirurgi inkluderar svullnad vid operationsstället, fliklossning, blödning, lokal inflammation, benförlust, infektion eller smärta.

Förvaring:
Förvaras i rumstemperatur (15 °C/59 °F - 30 °C/86 °F).

Leverans/sätt:
SMARTGRAFT Granules levereras sterilt, icke-pyrogen och endast för engångsbruk.

Katalognummer	Partikelstorlek	Volym
0114.101	0,25 – 1,0 mm	0,5 cc
0114.102		1,0 cc
0114.103		2,0 cc
0114.105		4,0 cc
0114.112	1,0 – 2,0 mm	1,0 cc
0114.113		2,0 cc

Försiktig:
Federal lov i USA begrenser denne enheten til salg av eller på ordre fra en lege eller tannlege.

Etikettsymboler:
Symboler kan være brukt på enkelte internasjonale emballasjeetiketter for enkel identifisering.

	Forsiktig	REF	Katalognummer
	Siste forbruksdag	R_x Only	Federal lov i USA begrenser denne enheten til salg av eller på ordre fra en lege eller tannlege.
	Skal ikke gjenbrukes		Produsent
LOT	Partinummer		Autorisert EU-representant
STERILE R	Sterilisert med stråling		Skal ikke brukes hvis produktets sterilisersingsbarriere eller emballasje er kompromittert
	Temperaturbegrensning		

SVENSKA Oorganisk benmineral för dentalkirurgi

BRUKSANVISNING
En steril, biokompatibelt oorganisk porös benmineral för användning vid parodontal, oral och maxillofacial kirurgi

Beskrivning:
SMARTGRAFT Granules är en porös benmineralmatris som huvudsakligen består av kalciumfosfat. Den produceras genom att avlägsna organiska komponenter från spongiöst ben på gris. *SMARTGRAFT Granules* blir sterilisera genom gammastrålning. Produkten är tillgänglig i granulär form, icke-pyrogen och är endast för engångsbruk.

Egenskaper/aktiviteter:
SMARTGRAFT Granules organiska benmatris har en sammanbindande makro- och mikroporös struktur som stödjer bildningen och invasion av nytt ben på implantatstället. Användning av *SMARTGRAFT Granules* kan övervägas när autogent ben inte är indikerat, eller av otillräcklig mängd för att uppfylla behoven för det tillämpade kirurgiska ingreppet.

Användningsindikationer:
SMARTGRAFT Granules är indikerat för:
- Förstärkande eller rekonstruerande behandling av tandvallen.
- Fyllning av angulära parodontala defekter.
- Fyllning av defekter efter rotresektion, apikoektomi och cystektomi.
- Fyllning av utdragningshålen för att förbättra behållningen av tandvallen.
- Höjning av bottnen i maxillarsinus.
- Fyllning av parodontala defekter tillsammans med produkter som är avsedda för GTR (benersättningsmaterial och membran) och GBR (rekonstruktiv behandling - membran).
- Fyllning av peri-implantatdefekter tillsammans med produkter som är avsedda för GBR (rekonstruktiv behandling - membran).

Bruksanvisning:
- Efter exponering av bendefekten med en mucoperiosteal flik, måste all granulationsvävnad avlägsnas noggrant.
- Blanda *SMARTGRAFT Granules* med autogent ben, osseöst koagulum, patientens blod eller vanligt sterilt koksalt. Om det finns stora maxillofaciala defekter, ska *SMARTGRAFT Granules* blandas med autogent ben i ett förhållande på cirka 1:1.
- För att säkra bildningen av nytt ben, ska *SMARTGRAFT Granules* endast placeras i direktkontakt med väl vaskulariserat ben. Kortikalt ben ska perforeras mekaniskt.
- Packa *SMARTGRAFT Granules* löst inne i den osseösa defekten med ett sterilt instrument. Användning av för mycket kraft kommer leda till kompression av partiklarna och förlust av trabekulär struktur.
- Undvik att fylla defekterna för mycket.
- Om möjligt, ska den mucoperiosteala fliken sutureras för att erhålla primär förslutning. Ett operationsförband kan placeras över såret under en till två veckor.
- Om primär sårförslutning inte kan helt åstadkommas, bör ytterligare immobilisering av fliken (t.ex. ett snitt genom benhinnan) utföras och/eller bioabsorberbarde membran (t.ex. resorberbar kollagenmembran) placeras över benimplantatstället.
- Postoperativa förfaranden: Patienten ska skölja med ett antiseptiskt medel såsom klorhexidin-glukonat (Peridex) två gånger dagligen i två veckor efter operationen. Med start 24 timmar efter operationen kan sårstället trättas med en applikator med bomullspets som är doppad i det antiseptiska medlet. Se tillverkarens bruksanvisning för biverkningar och andra risker som är förknippade med användning av orala skölj ningar med klorhexidin-glukonat.

Kontraindikationer:
Kontraindikationer som är vanliga vid användning av benimplantat ska observeras.
SMARTGRAFT Granules ska inte användas på patienter med:
- Akut eller kronisk infektion (osteomyelit) vid operationsstället
- Metaboliska sjukdomar (diabetes, hyperparathyroidism, osteomalaci)
- Allvarlig njursvikt, allvarlig leversjukdom
- Kortikosteroidbehandling i hög dos
- Vaskulär nedsättning på operationsstället
- Osteoporos
- Känd allergi eller överkänslighet mot grisderiverade implantatmaterial

Varningar:
Produkten ska säkras för att förhindra rörelse och migrering, använd i områden där implantatet kan inneslutas korrekt.

Används inte om förpackningen är öppnad eller skadad eller om utgångsdatumet har passerats.
SMARTGRAFT Granules kan inte återsteriliseras eller återanvändas. Öppnad, oanvänd produkt måste kasseras. Stabilitet in vivo kan påverkas negativt om den återsteriliseras. Korskontaminering och infektion kan uppstå om den återanvänds.

Försiktighetsåtgärder:
För att underlätta bildningen av nytt ben, ska *SMARTGRAFT Granules* endast placeras i direktkontakt med en väl vaskulariserad benävnad. Borrning kan rekommenderas för att underlätta blödning från kortikalt ben.

Vid större defekter kan en mixtur av autogent ben och benmärg förbättra bildningen av nytt ben.

Implantology
I allmänhet förstärkta områden ska placeringen av titanfixturer ägа rum när benet har tillräcklig styrka och integritet för placering av dentalimplantat, vilket vanligtvis är längre än sex månader efter implantering av benimplantatmaterial. För höjning av sinusgolv, bör det gå 9-12 månader efter implantering av benimplantatmaterial innan titanfixturerna placeras. Röntgen ska utföras för att bekräfta benets integritet före placering av dentalimplantat.

Periodontology
Fyllning av parodontala defekter med *SMARTGRAFT Granules* kräver (sammen med plakkontroll) vellykket lokal behandling av den periodontale lesionen (f.eks. rotplaning, debridering av granulationsvev) før implantering.

Bivirkninger:
Mulige bivirkninger som kan oppstå med enhver dentalkirurgi, inkluderer hevelse på operasjonsstedet, lapp som faller av, blødning, lokal betennelse, bentap, infeksjon eller smerte.

Oppbevaring:
Oppbevares ved romtemperatur (15–30 °C / 59–86 °F).

Hvordan produktet leveres:
SMARTGRAFT Granules leveres sterilt, ikke-pyrogen og kun til engangsbruk.

Katalognummer	Partikkelstørrelse	Volum
0114.101	0,25–1,0 mm	0,5 cc
0114.102		1,0 cc
0114.103		2,0 cc
0114.105		4,0 cc
0114.112	1,0–2,0 mm	1,0 cc
0114.113		2,0 cc

Forsiktig:
I følge amerikansk lov må enheten kun selges av, eller etter ordre fra, en lege eller tannlege

Merkningssymboler:
Symboler kan anvendes på internationale pakkemerkater for at lette identifikation.

	Forsigtig